

MADE IN EUROPE



Unsere Produkte und Rohstoffe werden in Europa hergestellt.

Entscheiden Sie sich für Qualität, sparen Sie Geld und schonen Sie die Umwelt.

(DE) Gebrauchsanleitung

70_20240619_DE

Dress Master

Pat. BA 2022 00046

Gebrauchsmusters Nr. 20 2023 105 598



Artikel-Nr.	HMI Nr.	Name - Größe	UDI-DI/GTIN
MC 001-0995	133644	Dress Master	5744001974100

Verordnung MDR 2017/745 für Medizinprodukte der Klasse 1 **MD** **CE**

ISO 12 03 03 20

The Original Nordic Human Handling Concept



Developed & Manufactured by:



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von master care A/S entschieden haben.

Wir empfehlen Ihnen, die nachstehende Gebrauchsanleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie das Produkt/die Produkte in Gebrauch nehmen.

Die Informationen in dieser Anleitung gelten für die gezeigten Produkte, sofern keine speziellen Anpassungen oder Änderungen vorgenommen wurden und die Produkte wie in der Gebrauchsanleitung empfohlen verwendet werden.

Wenn der Kunde Änderungen oder Reparaturen vornimmt oder das Produkt in anderen Kombinationen verwendet als von master care A/S empfohlen, verlieren die CE-Kennzeichnung und entsprechend auch die Garantie für das Produkt von master care A/S ihre Gültigkeit. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:

Die dieser Gebrauchsanleitung erwähnten Produkte entsprechen den Standards der Verordnung für Medizinprodukte MDR (EU) 2017/745 der Klasse 1 und sind entsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen.

Erklärter Verwendungszweck des Produkts:

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine vorgefertigte Tunnelgleithilfe für die Verwendung beim Anziehen. Diese doppelseitige Gleithilfe minimiert das Risiko von Scherkräften bei der nutzenden Person und verringert die ergonomische Belastung des Pflegepersonals beim Anziehen.

Anwendung des Produkts:

Das Produkt wird über einen oder beide Beine/Arme gezogen, wonach das Kleidungsstück über den Dress Master gleitet. Sobald das Kleidungsstück angelegt ist, kann der Dress Master durch Ziehen an den angenähten Riemen entfernt werden.

Kontraindikation:

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht bei offenen Wunden der pflegebedürftige Person, sondern decken sie diese vor dem Gebrauch immer ab bzw. verbinden Sie sie.

Warnung:

Lassen Sie das Produkt nicht auf dem Boden liegen, da dies zu einem Sturz führen kann.

Risikobewertung:

Vor der Benutzung sollte für die Person, die das Produkt aktuell nutzt, eine Risiko- und Mobilitätsbewertung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Transfer in einer ergonomisch und rechtlich korrekten Weise durchgeführt wird.

Produktkenntnis/Transfers:

Es ist wichtig, dass die pflegebedürftige Person/die Pflegekräfte eine Einweisung in den Gebrauch der Produkte erhalten und die Gebrauchsanleitung gründlich gelesen haben. master care A/S bietet Schulungen für den Gebrauch der Produkte an, und auf unserer Website finden Sie für die meisten Produkte eine Anleitung.

Lebensdauer:

Das Produkt hat bei normaler Abnutzung und Reinigung eine Lebensdauer von 1 bis 3 Jahren. Die Lebensdauer des Produkts hängt von der Verwendung, der Belastung und der Art und Häufigkeit des Waschens ab.

Produkte, die keine ausreichende Reibungsverringering mehr bieten, um sowohl für die Pflegekräfte als auch für die pflegebedürftige Person einen sicheren Transfer zu ermöglichen, sind zu entsorgen. Die Produkte sollten regelmäßig überprüft werden, und wenn fehlerhafte Nähte oder beschädigte Oberflächen festgestellt werden, sollte das Produkt entsorgt werden.

Garantie:

master care A/S gewährt bei sachgemäßer Anwendung des Produkts eine 2-jährige Garantie betreffend Material- und Herstellungsfehler.

Unfälle und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch:

Etwaige Unfälle und Schäden sollten stets der zuständigen nationalen Behörde sowie master care A/S oder dessen Vertriebshändler gemeldet werden.

master care A/S übernimmt keine Haftung für Personen- oder Produktschäden, wenn das Produkt nicht entsprechend dem vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck verwendet wird.



Gebrauchsanleitung - Dress Master

Anwendung des Dress Masters:



1. Platzieren Sie ggf. ein großes Stück Gleitstoff unter den Beinen und der Hüfte der nutzenden Person, um die Reibung auf der Oberfläche zu minimieren.



2. Positionieren Sie den Dress Master so, dass die kurze Seite beim Schritt liegt und die lange Seite nach außen zeigt. Die Zugriemen sind an der Außenseite angebracht.



3. Führen Sie den Dress Master über den Fuß und ziehen sie ihn dem Bein entlang nach oben. Vergewissern Sie sich, dass das Gleitmaterial unter dem Gesäß der nutzenden Person liegt.



4. Wenn die nutzende Person nicht in der Lage ist, das andere Bein zu benutzen, dann wenden Sie den Dress Master bei beiden Beinen an.



5. Ziehen Sie die Hose über die 2 Dress Masters und ziehen Sie sie ganz nach oben unter das Becken/Gesäß der nutzenden Person.



6. Überprüfen Sie, ob die Hose hinten ganz hochgezogen ist und glatt liegt. Schließen Sie dann die Hose.



7. Entfernen Sie die Dress Masters einzeln, indem Sie gleichzeitig an dem vorderen und hinteren Zuggurt ziehen.



8. Sobald beide Dress Masters entfernt sind, wird das darunter liegende Gleitmaterial entfernt.



9. Der Dress Master kann auch zum Anziehen des Oberkörpers zum Einsatz kommen.

Gebrauchsanleitung - Dress Master

Technische Daten

ISO-Klassifizierung:

DS/EN ISO 12952-1:2010
Textilien – Prüfung der Entflammbarkeit von Bettwaren
– Teil 1: Zündquelle: glühende Zigarette.

Artikelnummer – Name:	Größe:	Min/Max. Benutzerhöhe:	Max. Benutzergewicht:	Inhalt:	Gewicht des Produkts:
MC 001-0995 Dress Master	L 150 x B 37/29 cm	N. A.	150 kg	97% Polyester, 76% Polyamid, 8% Silikon.	0,15 kg

WARNUNG



Die pflegebedürftigen Personen niemals auf dem Produkt auf der Bettkante allein zurücklassen.



Das Produkt niemals auf dem Boden liegen lassen.



Achten Sie immer darauf, dass sich die pflegebedürftigen Personen nicht in den Riemen verfangen.



Vergewissern Sie sich vor dem Transfer, dass alle erforderlichen Bremsen blockiert sind.



CE-Kennzeichnung:
Die Produkte sind gemäß der geltenden Verordnung zur CE-Kennzeichnung zugelassen und entsprechen der Verordnung MDR (EU) 2017/745 für Medizinprodukte, Klasse 1.



Wiederverwendung des Produkts nach der Reinigung:

Wenn das Produkt gemäß den Anweisungen gereinigt wurde, kann es für andere Zwecke verwendet werden.



Waschhinweise:

Dieses Produkt kann in der Waschmaschine bei maximal 85 °C gewaschen werden. Niedrigere Waschttemperaturen verlängern die Lebensdauer erheblich.



pH-Wert des Waschmittels:

Wählen Sie Waschmittel/Desinfektionsmittel mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9.



Weichspüler:

Verwenden Sie keinen Weichspüler, da dieser die Gleiteigenschaften deutlich verringert.



Trocknen im Wäschetrockner:

Dieses Produkt nur schonend bei maximal 40 °C im Wäschetrockner trocknen.



Oberflächliche Reinigung:

Dieses Produkt kann oberflächlich mit einem Tuch und Seife gereinigt werden.



Bügeln:

Darf nicht gebügelt werden.



Chemische Reinigung:

Darf nicht chemisch gereinigt werden.



Bleichen:

Darf nicht gebleicht werden.



Prüfung:

Das Produkt sollte regelmäßig und vorzugsweise vor jedem Gebrauch überprüft werden. Überprüfen Sie Stoff, Riemen, Nähte usw. auf Schäden. Wenn das Produkt stark abgerieben oder anderweitig beschädigt ist, muss es entsorgt werden.



Gebrauchsanleitung:

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.



Entsorgung:

Das Produkt stets gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

Besuchen Sie für weitere Informationen, Videos, Kurzanleitung usw.
www.master-care.dk